LÖWENSTEIN medical

Scala

Anleitung Schlafableitung mit Scala

Um mit Scala eine polygraphische Aufzeichnung mit zusätzlicher Schlafinformation durchführen zu können, sind folgende Schritte notwendig:

1. Initialisieren einer Messung in MSV-Software



Gemäß der Anleitung gba10442de2208,
Kurzanleitung Offline Messung – Initialisierung:
Unter Punkt 2.6 ist das vordefinierte Kanalset
PG-Standard+Schlaf (C4/M1[1/4], EOGre/M1[2/4], EOGli/M1[3/4])
zu wählen und mit **OK** zu bestätigen.

Der Initialisierungsvorgang ist standardgemäß abzuschließen.

2. Applikation Scala am Patienten

Dem/Der Patient:in ist das Scala gemäß einer polygraphischen Standardableitung inkl. Nasenkanüle, SpO_2-Sensor, Thorax- und Abdomengurt anzulegen.

Siehe auch Anleitung:
gba10439de2307 – Applikation Scala an Patienten

3. Zusätzliche Applikation EEG-, EOG-, Mastoid- und GND-Ableitung für die Schlafaufzeichnung

Gemäß den folgenden Abbildungen sind die Elektroden am Patienten zu platzieren und mit dem Scala zu verbinden.



3.1.
Platzierung der GND- und der EOG-Elektroden



3.2.
Platziere der EEG-Elektrode, C4-Position



3.3.
Platziere der Mastoiden-Elektrode, M1-Position

4. Verbinden der EEG-, EOG- und Mastoid-Elektroden mit den Scala ExG 1-4 Eingängen und dem GND-Eingang



CE 0483

© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical.
Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.

gba122104e2512

Made in Germany

Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Daimlerstr. 23
72414 Rangendingen, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

Menschen im Mittelpunkt