

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF CONFORMITY

Wir
We

Name und Adresse der Firma
name and address of manufacturer

WILAmEd GmbH

Aurachhöhe 5-7
91126 Kammerstein
Deutschland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Medizinprodukt, inkl. Zubehör
declare on our own responsibility that the medical device, accessories included

Name
Name

Atemgasbefeuchter, beheizt
Humidifier, heated

Typ
Type

AIRcon 230 V / 115 V

Zubehör
Accessories

100909, Reusable Temperature Probe AIRcon
100910, Reusable Temperature Probe AIRcon
100929, Electrical Heater Wire Adaptor INSP + EXP
100942, Electrical Heater Wire Adaptor INSP
100918, Power cord, class II, 3m, CEE 7/17, C17, black
190012, Power cord (USA) 3m, C17, AWG18

Klassifizierung
Classification

IIb

Konformitätsbewertungsverfahren
Conformity Assessment Route

Richtlinie 93/42/EWG Anhang II, ohne Abschnitt 4
Directive 93/42/EEC Annex II, excluding Section 4

Benannte Stelle
Notified body

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystr. 2, D 90431 Nürnberg
identification number 0197

EG-Zertifikat (Registrier-Nr.):

HD 60128634 0001

EC Certificate (Registration No.):

Gültig von 29.05.2018 bis 28.05.2023


HD 60128634 0001

valid from May 29, 2018 to May 28, 2023

den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG (geändert durch Richtlinie 2007/47/EG) entspricht.
meets all the provisions of the Directive 93/42/EEC (amended by Directive 2007/47/EC) which apply to him.

Die Konformitätserklärung ist gültig von 29.05.2018 bis 28.05.2020
This declaration of conformity is valid from May 29, 2018 to May 28, 2020

Kammerstein, 2018/05/15



Ort, Datum / Place, date

Stefan Richter
QMB / QMR